

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Datum: 11.05.2021.

Evidencijski broj nabave: 1/2021/EU

Sukladno odredbama Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (verzija 7.0 iz prosinca 2020. godine; dalje u tekstu: Pravila) i Poziva na dostavu ponuda (evidencijski broj: 1/2021/EU) javno objavljenog na web stranici www.strukturnifondovi.hr, Specijalna bolnica za opću kirurgiju i ginekologiju te radioterapiju, onkologiju i radiologiju RADIOCHIRURGIA ZAGREB, Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 10431 Sveta Nedelja, OIB: 59047462322, koju zastupa ravnatelj prof. dr. sc. Dragan Schwarz dr. med. (dalje u tekstu: Naručitelj), donosi

ODLUKU

kojom se u postupku nabave opreme za istraživanja u sklopu projekta „Radiochirurgia - Zraka nade“, Grupa 1. Robotizirani linearni akcelerator, Grupa 2. Dodatna oprema i materijali, Grupa 3. Pomoćna dozimetrijska oprema, evidencijski broj nabave: 1/2021/EU:

- odabire ponuda br. 45-1-4 ponuditelja Stargen EU s.r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, Češka Republika, PDV identifikacijski br: CZ28487150, s cijenom od 29.916.789,00 kuna bez PDV, odnosno 37.395.986,25 kuna s PDV;
- poništava postupak nabave u dijelu za Grupu 2. Dodatna oprema i materijali;
- poništava postupak nabave u dijelu za Grupu 3. Pomoćna dozimetrijska oprema.

Obrazloženje

Naručitelj je dana 14.04.2021. godine na www.strukturnifondovi.hr javno objavio Poziv na dostavu ponuda za postupak nabave opreme za istraživanja u sklopu projekta „Radiochirurgia - Zraka nade“, Grupa 1. Robotizirani linearni akcelerator, Grupa 2. Dodatna oprema i materijali, Grupa 3. Pomoćna dozimetrijska oprema.

Do isteka roka za dostavu ponuda u predmetnom postupku nabave, odnosno do 26.04.2021. godine do 12:00 sati:

- za Grupu 1. Robotizirani linearni akcelerator zaprimljena je jedna ponuda ponuditelja Stargen EU s.r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, Češka Republika, PDV identifikacijski br: CZ28487150, te je u postupku pregleda i ocjene utvrđeno da je dostavljena ponuda u cijelosti u skladu s uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda;
- za Grupu 2. Dodatna oprema i materijali nije pristigla nijedna ponuda;
- za Grupu 3. Pomoćna dozimetrijska oprema nije pristigla nijedna ponuda.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Specijalna bolnica za opću kirurgiju i ginekologiju te
radioterapiju, onkologiju i radiologiju
RADIOCHIRURGIA ZAGREB

Specijalna bolnica
RADIOCHIRURGIA ZAGREB
Sveta Nedelja

Ravnatelj

prof. dr. sc. Dragan Schwarz dr. med.

Dostaviti:

1. Ova Odluka će se dostaviti objavom na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr
2. Pismohrana (kod Naručitelja)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sukladno odredbama Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (verzija 7.0 iz prosinca 2020. godine; dalje u tekstu: Pravila) i Poziva na dostavu ponuda (evidencijski broj: 1/2021/EU) javno objavljenog na web stranici www.strukturnifondovi.hr, Specijalna bolnica za opću kirurgiju i ginekologiju te radioterapiju, onkologiju i radiologiju RADIOCHIRURGIA ZAGREB, Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 10431 Sveta Nedelja, OIB: 59047462322 (dalje u tekstu: Naručitelj) sastavio je sljedeći:

ZAPISNIK O OTVARANJU I OCJENJIVANJU PONUDA

1. Naziv i sjedište naručitelja (NOJN):

Specijalna bolnica za opću kirurgiju i ginekologiju te radioterapiju, onkologiju i radiologiju
RADIOCHIRURGIA ZAGREB, Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 10431 Sveta Nedelja, OIB: 59047462322

2. Mjesto te datum i sat početka i završetka otvaranja ponuda:

na adresi Naručitelja: Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 10431 Sveta Nedelja

Početak otvaranja ponuda: 26.04.2021. godine u 12:00 sati

Završetak otvaranja ponuda: 26.04.2021. godine u 12:07 sati.

3. Predmet nabave:

Nabava opreme za istraživanja u sklopu projekta „Radiochirurgia - Zraka nade“

Grupa 1. Robotizirani linearni akcelerator

Grupa 2. Dodatna oprema i materijali

Grupa 3. Pomoćna dozimetrijska oprema





4. Vrsta postupka nabave:

Postupak nabave sukladno odredbama točke 4. Pravila.

5. Evidencijski broj nabave:

1/2021/EU

6. Ime i prezime nazočnih osoba (članovi stručnog povjerenstva za nabavu) te njihovi potpisi:

Član	Potpis
Anita Kristanović	
Domagoj Kosmina	
Martina Juričić	
Glorija Raguž Blažević	

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

7. Naziv i sjedište ponuditelja, prema redoslijedu zaprimanja ponuda:

R. br.	Naziv i adresa ponuditelja	Naziv grupe nabave	Datum i vrijeme zaprimanja ponude	Cijena ponude bez PDV Cijena ponude s PDV
1.	Stargen EU s.r.o. Malešická 2251/51, Praha 3 Češka Republika Poštanski broj 130 00	Grupa 1. Robotizirani linearni akcelerator	22.04.2021. u 11:42	29.916.789,00 kn bez PDV 29.916.789,00 kn s PDV

Napomena: Za Grupu 2. *Dodatna oprema i materijali* i Grupu 3. *Pomoćna dozimetrijska oprema* do isteka roka za dostavu ponuda nije pristigla nijedna ponuda.

8. Datum objave Poziva na dostavu ponuda na www.strukturnifondovi.hr: 14.04.2021.

9. Datum početka pregleda i ocjene ponuda: 26.04.2021. godine u 13:00 sati

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Grupa 1. Robotizirani linearni akcelerator

10a. Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata:

		Stargen EU s.r.o.
I.	O PONUDI	
1.	Broj i datum ponude	45-1-4 21.04.2021.
2.	Ponuda dostavljena u roku	DA
3.	Cijena ponude za predmet nabave (iz Ponudbenog lista)	cijena bez PDV: 29.916.789,00 HRK iznos PDV: -----HRK cijena s PDV: 29.916.789,00 HRK
4.	Cijena ponude za predmet nabave nakon računske kontrole	cijena bez PDV: 29.916.789,00 HRK iznos PDV: 7.479.197,25 HRK cijena s PDV: 37.395.986,25 HRK
5.	Proizvođač i model robotiziranog linearnog akceleratora	
	Model:	CyberKnife S7 FI+
	Proizvođač	Accuray
6.	Ponuda potpisana	DA
	Ocjena	zadovoljava
II.	VALJANOST PONUDE PREMA SADRŽAJU, NAČINU IZRADA I NAČINU DOSTAVE PONUDE	
1.	Sadržaj ponude	Sukladno točki 6.1. Poziva na dostavu ponuda
2.	Način izrade ponude	Sukladno točki 6.1. Poziva na dostavu ponuda
3.	Način dostave ponude	Sukladno točki 6.1. Poziva na dostavu ponuda
	Ocjena	zadovoljava
III.	OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA I KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)	
1.	OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA Izjava o nepostojanju osnova za isključenje, sukladno točki 4. Poziva na dostavu ponuda	Ponuditelj: DA Podugovaratelj: DA
2.	TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST Opis robotiziranog linearnog akceleratora kojeg ponuditelj nudi u postupku nabave, sukladno točki 5.1. Poziva na dostavu ponuda	DA (vidi točku 11a. ovog Zapisnika)
	Ocjena	zadovoljava
IV.	ISPUNJENJE ZAHTJEVA U POGLEDU OPISA PREDMETA NABAVE I TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA	
1.	Popunjene Tehničke specifikacije sukladno Prilogu 12 Poziva na dostavu ponuda - sve stavke zadovoljavaju tražene specifikacije	DA (vidi točku 11a. ovog Zapisnika)
2.	Popunjen Troškovnik sukladno Prilogu 9 Poziva na dostavu ponuda	DA (vidi točku 11a. ovog Zapisnika)
	Ocjena	zadovoljava
V.	JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE	

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

		Stargen EU s.r.o.
1.	Bankarska garancija ili novčani plog u iznosu od 840.000,00 kuna sukladno točki 10.1. Poziva na dostavu ponuda	DA (novčani plog)
	Ocjena	zadovoljava
VI.	RAČUNSKA ISPRAVNOST PONUDE	
1.	Računska ispravnost ponude	vidi točku 12a. ovog Zapisnika
VII.	ISPUNJENJE OSTALIH UVJETA IZ POZIVA NA DOSTAVU PONUDA	
1.	Jezik i pismo ponude sukladno točki 6.5. Poziva na dostavu ponuda	DA
2.	Rok valjanosti ponude sukladno točki 6.6. Poziva na dostavu ponuda	DA
3.	Kriterij za odabir ponude	
	Izjava o ponuđenom jamstvenom roku (za Grupu 1) sukladno točki 7. i prilogu 6. Poziva na dostavu ponuda	DA
	Ocjena	zadovoljava
VIII.	DIO UGOVORA O NABAVI KOJI PONUDITELJ NAMJERAVA DATI U PODUGOVOR	
1.	Podaci o podugovarateljima	EUROKONTAKT SIMTEH d.o.o. Ivana Rangera 6 10090 Zagreb OIB: 64932495093 predmet ili količina: ugradnja, jamstveni servis (bez rezervnih dijelova) vrijednost ili postotni udio: 454.800,00 kn bez PDV
IX.	OCJENA	
	Ocjena ponude	valjana ponuda

11a. Podaci o pojašnjenju u vezi s dokumentima/ponudama, ako ih je bilo:

Tijekom pregleda i ocjene ponude br. 45-1-4 ponuditelja Stargen EU s.r.o. Naručitelj je uočio određene nejasnoće vezane uz točke 6.3, 5.1. i 9. Poziva na dostavu ponuda.

Temeljem točke 7.3 Pravila te točke 11.4. Poziva na dostavu ponuda, Naručitelj je dana 03.05.2021. uputio ponuditelju *Zahtjev za prihvrat ispravka računske pogreške te zahtjev za pojašnjenje i upotpunjavanje ponude*. Ponuditelj je u zadanom roku, dana 10.05.2021. dostavio prihvrat ispravka računske pogreške odnosno pojašnjenje svoje ponude, čime je otklonio uočene nejasnoće.

Dokumenti iz ove točke sastavni su dio ovog Zapisnika o otvaranju i ocjenjivanju ponuda te se nalaze u prilogu.

12a. Podaci o ispravcima računskih pogrešaka u ponudama: Vidi točku 11a. ovog Zapisnika.

13a. Naziv i sjedište ponuditelja čije ponude se odbijaju, uz obrazloženje razloga za odbijanje (i u slučaju neuobičajeno niske cijene): Nije primjenjivo.

14a. Analiza i bodovanje kriterija za odabir ponude tzv. evaluacija ponuda:

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sukladno točki 7. Poziva na dostavu ponuda.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Red. br.	KRITERIJ	RELATIVNI PONDER	MAKSIMALNI BROJ BODOVA
1.	Cijena ponude s PDV (CP)	90%	90
3.	Jamstveni rok na ponuđeni predmet nabave (J)	10%	10
4.	MAKSIMALNI BROJ BODOVA	100%	100

Naručitelj donosi odluku o odabiru najpovoljnije ponude prema kriteriju za odabir ponude.

Bodovanje valjane ponude br. 45-1-4 ponuditelja Stargen EU s.r.o.:

Kriteriji odabira ekonomski najpovoljnije ponude	
1. Cijena ponude s PDV	37.395.986,25 kn s PDV / 37.395.986,25 kn s PDV x 90 = 90 bodova
2. Jamstveni rok na ponuđeni predmet nabave	12 mjeseci = 0 bodova
4. Ukupno bodova	90 bodova

EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA

Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude:

1. Ponuda br. 45-1-4 ponuditelja Stargen EU s.r.o., s ostvarenim brojem bodova: 90

Ponuditelj Stargen EU s.r.o. dostavio je ekonomski najpovoljniju ponudu.

15a. Naziv ponuditelja s kojim Naručitelj namjerava sklopiti ugovor o nabavi:

Stargen EU s.r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, Češka Republika, PDV identifikacijski br: CZ28487150

16a. Prijedlog odgovornoj osobi Naručitelja za donošenje odluke o odabiru, s obrazloženjem:

Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponude utvrđeno je da je ponuditelj Stargen EU s.r.o. dostavio valjanu Ponudu koja ispunjava sve uvjete i zahtjeve navedene u Pozivu na dostavu ponuda, odnosno koja se odabire temeljem kriterija za odabir ponude. Sukladno navedenom, stekli su se uvjeti za donošenje odluke o odabiru.

Napomena: S obzirom da cijena ponude br. 45-1-4 ponuditelja Stargen EU s.r.o. prelazi procijenjenu vrijednost nabave za Grupu 1. i osigurana sredstva za nabavu, Naručitelj je osigurao dodatna sredstva za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.

Grupa 2. Dodatna oprema i materijali

10b. Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata: Nije primjenjivo jer nije pristigla nijedna ponuda.

- Popis traženih i dostavljenih jamstava za ozbiljnost ponude: Traženo jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno točki 10.1. Poziva na dostavu ponuda. Nije dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude.

11b. Podaci o pojašnjenju u vezi s dokumentima/ponudama, ako ih je bilo: Nije primjenjivo jer nije pristigla nijedna ponuda.

12b. Podaci o ispravicima računskih pogrešaka u ponudama: Nije primjenjivo jer nije pristigla nijedna ponuda.

13b. Naziv i sjedište ponuditelja čije ponude se odbijaju, uz obrazloženje razloga za odbijanje (i u slučaju neuobičajeno niske cijene): Nije primjenjivo jer nije pristigla nijedna ponuda.

- Analiza ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija: Nije primjenjivo jer nije pristigla nijedna ponuda.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

14b. Analiza i bodovanje kriterija za odabir ponude tzv. evaluacija ponuda: Nije primjenjivo jer nije pristigla nijedna ponuda.

Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude:

Nije primjenjivo jer nije pristigla nijedna ponuda.

15b. Naziv ponuditelja s kojim Naručitelj namjerava sklopiti ugovor o nabavi:

Nije primjenjivo jer nije pristigla nijedna ponuda.

16b. Prijedlog odgovornoj osobi Naručitelja za donošenje odluke o poništenju, s obrazloženjem:

Do isteka roka za dostavu ponuda za Grupu 2. *Dodatna oprema i materijali* nije pristigla nijedna ponuda. Sukladno navedenom, stekli su se uvjeti za donošenje odluke o poništenju postupka nabave u dijelu za Grupu 2. *Dodatna oprema i materijali*.

Grupa 3. Pomoćna dozimetrijska oprema

10c. Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata: Nije primjenjivo jer nije pristigla nijedna ponuda.

- Popis traženih i dostavljenih jamstava za ozbiljnost ponude: Traženo jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno točki 10.1. Poziva na dostavu ponuda. Nije dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude.

11c. Podaci o pojašnjenju u vezi s dokumentima/ponudama, ako ih je bilo: Nije primjenjivo jer nije pristigla nijedna ponuda.

12c. Podaci o ispravcima računskih pogrešaka u ponudama: Nije primjenjivo jer nije pristigla nijedna ponuda.

13c. Naziv i sjedište ponuditelja čije ponude se odbijaju, uz obrazloženje razloga za odbijanje (i u slučaju neuobičajeno niske cijene): Nije primjenjivo jer nije pristigla nijedna ponuda.

- Analiza ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija: Nije primjenjivo jer nije pristigla nijedna ponuda.

14c. Analiza i bodovanje kriterija za odabir ponude tzv. evaluacija ponuda: Nije primjenjivo jer nije pristigla nijedna ponuda.

Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude:

Nije primjenjivo jer nije pristigla nijedna ponuda.

15c. Naziv ponuditelja s kojim Naručitelj namjerava sklopiti ugovor o nabavi:

Nije primjenjivo jer nije pristigla nijedna ponuda.

16c. Prijedlog odgovornoj osobi Naručitelja za donošenje odluke o poništenju, s obrazloženjem:

Do isteka roka za dostavu ponuda za Grupu 3. *Pomoćna dozimetrijska oprema* nije pristigla nijedna ponuda. Sukladno navedenom, stekli su se uvjeti za donošenje odluke o poništenju postupka nabave u dijelu za Grupu 3. *Pomoćna dozimetrijska oprema*.


18. Datum završetka postupka pregleda i ocjene ponuda: 11.05.2021.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


19. Popis priloga:

- Upisnik o zaprimanju ponuda
- Zahtjev za prihvrat ispravka računske pogreške te zahtjev za pojašnjenje i upotpunjavanje ponude
- Pojašnjenje ponude (odgovor na zahtjev Naručitelja)


Članovi stručnog povjerenstva za nabavu:



Anita Kristanović



Domagoj Kosmina



Martina Juričić



Glorija Raguž Blažević

UPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA

1. **Naručitelj:** Specijalna bolnica za opću kirurgiju i ginekologiju te radioterapiju, onkologiju i radiologiju RADIOCHIRURGIA ZAGREB, Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 10431 Sveta Nedelja, OIB 59047462322
2. **Predmet nabave:** Nabava opreme za istraživanja u sklopu projekta „Radiochirurgia – Zraka nade“
 Grupa 1. Robotizirani linearni akcelerator
 Grupa 2. Dodatna oprema i materijali
 Grupa 3. Pomoćna dozimetrijska oprema
3. **Evidencijski broj nabave:** 1/2021/EU
4. **Rok za dostavu ponuda:** 26.04.2021 u 12:00

5. Popis ponuda (izmjena/dopuna ponuda) koje su zaprimljene do roka za dostavu ponuda:¹

Redni broj	Naziv i adresa gospodarskog subjekta ²	Datum zaprimanja ponude	Vrijeme zaprimanja ponude (sat i minuta)	Naziv grupe na koju se ponuda odnosi	Napomena ³
1	Stargen EU s.r.o. Malešicka 2251/51 130 00 Praha 3 Češka republika	22.04.2021.	11,42	Ponuda br. 45-1-4 – za nabavu opreme za istraživanja u sklopu projekta „Radiochirurgia – Zraka nade“ – Grupa 1 Evidencijski broj nabave: 1/2021/EU	

¹ Ako je dostavljena izmjena ponude, ona se upisuje u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Omotnica s pristiglom ponudom (izmjena/dopuna ponude) mora ostati neotvorena do početka otvaranja ponuda.

² U slučaju zajedničke ponude naziv i adresa svakog člana zajednice ponuditelja sa omoćnice ponude.

³ Po potrebi upisati napomenu, kao npr. upisati ako se radi o izmjeni/dopuni ili odustajanju od već pristigle ponude.



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

**Specijalna bolnica za opću kirurgiju i
ginekologiju te radioterapiju, onkologiju
i radiologiju RADIOCHIRURGIA ZAGREB**
Ulica dr. Franje Tuđmana 4
10431 Sveta Nedelja
OIB: 59047462322

**Stargen EU s.r.o.
Malešická 2251/51
Praha 3
Češka Republika
poštanski broj 13000**

Sveta Nedelja, 03.05.2021.

Predmet: Zahtjev za prihvrat ispravka računske pogreške te zahtjev za pojašnjenje i upotpunjavanje ponude u postupku nabave opreme za istraživanja u sklopu projekta „Radiochirurgia - Zraka nade“, Grupa 1. Robotizirani linearni akcelerator, Grupa 2. Dodatna oprema i materijali, Grupa 3. Pomoćna dozimetrijska oprema

Poštovani,

U tijeku je pregled i ocjena Vaše ponude br. 45-1-4 od 21.04.2021. koju ste dostavili za Grupu 1. Robotizirani linearni akcelerator. Temeljem točke 7.3. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (verzija 7.0 iz prosinca 2020. godine) te točke 11.4. Poziva na dostavu ponuda, ovim putem pozivamo Vas na prihvrat ispravka računske pogreške te na pojašnjenje odnosno upotpunjavanje Vaše ponude, prema točkama kako slijedi.

1. Točkom 6.3. Poziva na dostavu ponuda propisano je da ponuditelj iskazuje jedinične i ukupne cijene stavki u kunama bez PDV-a, te cijenu ponude u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a i cijenu ponude u kunama s PDV-om, sukladno obrascu Troškovnika prema grupi predmeta nabave koji nudi. Ponuditelj treba ponuditi cijene za svaku stavku Troškovnika. Ponuditelj iskazuje cijenu ponude u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a i cijenu ponude u kunama s PDV-om, sukladno obrascu Ponudbenog lista prema grupi predmeta nabave koji nudi. Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

- Uvidom u Ponudbeni list (str. 3) i u Troškovnik (str. 6) utvrdili smo da ste kao cijenu ponude bez PDV naveli 29.916.789,00 kuna te da ste kao cijenu ponude s PDV naveli također 29.916.789,00 kuna.

S obzirom da ste na naslovnoj strani ponude (str. 1) te u Ponudbenom listu (str. 3) naveli PDV identifikacijski broj: CZ28487150, bilo je potrebno u Ponudbenom listu i u Troškovniku obračunati i iskazati PDV po stopi od 25%.

Sukladno navedenom, molimo prihvati ispravku računske pogreške odnosno da pisanim putem potvrdite da PDV koji je trebao biti iskazan u Ponudbenom listu i Troškovniku iznosi 7.479.197,25 kuna te da cijena ponude s PDV iznosi 37.395.986,25 kuna.

2. Točkom 5.1. Poziva na dostavu ponuda propisana je dostava opisa robotiziranog linearnog akceleratora kojeg ponuditelj nudi u postupku nabave, a kojim se dokazuje da je ponuđeni akcelerator sukladan opisu iz Poziva na dostavu ponuda i Tehničkih specifikacija za Grupu 1 u Prilogu 12.

- Uvidom u Troškovnik dostavljen u Ponudi (str. 6) vidljivo je da je ponuđen robotizirani linearni akcelerator i to model CyberKnife S7 FI+ proizvođača Accuray. Međutim, uvidom u Ponudu (str. 19 do 40) utvrđeno je da je dostavljen opis proizvoda za model CyberKnife S7, proizvođača Accuray, a ne za model CyberKnife S7 FI+. Također, i sam ponuditelj u vlastito izrađenoj dodatnoj tablici u Ponudi (str. 15 do 16) za većinu stavki tehničkih specifikacija referira se na opis proizvoda za CyberKnife S7.

Molimo potvrdu (izjavu) da se dostavljeni katalog za model CyberKnife S7, proizvođača Accuray, odnosi na ponuđeni model CyberKnife S7 FI+ proizvođača Accuray, odnosno da ponuđeni model CyberKnife S7 FI+ proizvođača Accuray zadovoljava sve stavke tehničkih specifikacija navedene u Tehničkim specifikacijama u Prilogu 12. ovog Poziva na dostavu ponuda.

3. Točkom 5.1. Poziva na dostavu ponuda, a vezano za opis robotiziranog linearnog akceleratora kojeg ponuditelj nudi u postupku nabave, između ostalog je propisano da iznimno, ako se neke tražene tehničke specifikacije ponuđenog proizvoda ne nalaze u navedenoj tehničkoj dokumentaciji, iste moraju biti dokazane potpisanom Izjavom proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača medicinskog proizvoda u Europskoj uniji. Na Izjavi mora biti naznačeno ime i prezime ovlaštene osobe, funkcija koju ovlaštena osoba obavlja te kontakt podaci ovlaštene osobe proizvođača ili ovlaštenog zastupnika.
- Uvidom u Ponudu (str. 18) utvrđeno je da je dostavljen dokument naslova „Item technical specification“ te nije vidljivo da je dokument izdan od strane proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika u Europskoj uniji. Na navedeni dokument (Item technical

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

specification) ponuditelj se referira na str. 16. Ponude, a vezano uz dio tehničke specifikacije pod rednim brojem 16.

Molimo dostavu dokumenta „Item technical specification“ na način da iz istog bude vidljivo da je izdan od strane proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika u Europskoj uniji.

4. Točkom 5.1. Poziva na dostavu ponuda propisana je dostava opisa robotiziranog linearnog akceleratora kojeg ponuditelj nudi u postupku nabave, a kojim se dokazuje da je ponuđeni akcelerator sukladan opisu iz Poziva na dostavu ponuda i Tehničkih specifikacija za Grupu 1 u Prilogu 12.

Traženo se dokazuje tehničkom dokumentacijom proizvoda izdanom od strane proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika i to u formi prospekta, kataloga, brošure, ispisa specifikacija s web stranica, i slično. Iznimno, ako se neke tražene tehničke specifikacije ponuđenog proizvoda ne nalaze u navedenoj tehničkoj dokumentaciji, iste moraju biti dokazane potpisanom Izjavom proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača medicinskog proizvoda u Europskoj uniji. Na Izjavi mora biti naznačeno ime i prezime ovlaštene osobe, funkcija koju ovlaštena osoba obavlja te kontakt podaci ovlaštene osobe proizvođača ili ovlaštenog zastupnika.

- Za stavku tehničke specifikacije pod rednim brojem 1. Naručitelj je propisao: „Mogućnost nekoplanarnih i neizocentričnih smjerova terapijskih polja zračenja“.

Uvidom u Ponudu (str. 17) utvrđeno je da je za stavku tehničke specifikacije pod rednim brojem 1. dostavljen ispis specifikacija s web stranice proizvođača Accuray. U navedenom dokumentu navode se nekomplanarni i neizocentrični smjerovi terapijskih polja zračenja općenito za CyberKnife System, a ne za ponuđeni model robotiziranog linearnog akceleratora.

Molimo potvrditi (izjavu) kojom se potvrđuje da ponuđeni robotizirani linearni akcelerator CyberKnife S7 FI+ proizvođača Accuray zadovoljava tehničku specifikaciju pod rednim brojem 1: mogućnost nekoplanarnih i neizocentričnih smjerova terapijskih polja zračenja.

5. Točkom 5.1. Poziva na dostavu ponuda propisana je dostava opisa robotiziranog linearnog akceleratora kojeg ponuditelj nudi u postupku nabave, a kojim se dokazuje da je ponuđeni akcelerator sukladan opisu iz Poziva na dostavu ponuda i Tehničkih specifikacija za Grupu 1 u Prilogu 12.

Traženo se dokazuje tehničkom dokumentacijom proizvoda izdanom od strane proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika i to u formi prospekta, kataloga, brošure, ispisa specifikacija s web stranica, i slično. Iznimno, ako se neke tražene tehničke specifikacije ponuđenog proizvoda ne nalaze u navedenoj tehničkoj dokumentaciji, iste moraju biti dokazane potpisanom Izjavom proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača medicinskog proizvoda u Europskoj uniji. Na Izjavi mora biti naznačeno ime i prezime ovlaštene osobe, funkcija koju ovlaštena osoba obavlja te kontakt podaci ovlaštene osobe proizvođača ili ovlaštenog zastupnika.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

- Za stavku tehničke specifikacije pod rednim brojem 3. Naručitelj je propisao: „Širina polusjene mjerene po IEC 60976 (2007) 9.3.1 ili jednakovrijedno, mora biti manja od 8 mm za sve širine kolimatora.“

Uvidom u Ponudu (str. 15) vidljiva je vlastito izrađena dodatna tablica ponuditelja u kojoj se za stavku tehničke specifikacije pod rednim brojem 3. ponuditelj referira na stranicu Ponude br. 31. Međutim, utvrđeno je da se ova tehnička specifikacija osim na str. 31. potvrđuje i na str. 32 (za promjenjivi kolimator).

Molimo potvrdu (izjavu) da se tehnička specifikacija pod rednim brojem 3. potvrđuje na str. 31. i str. 32. Ponude.

6. Točkom 5.1. Poziva na dostavu ponuda propisana je dostava opisa robotiziranog linearnog akceleratora kojeg ponuditelj nudi u postupku nabave, a kojim se dokazuje da je ponuđeni akcelerator sukladan opisu iz Poziva na dostavu ponuda i Tehničkih specifikacija za Grupu 1 u Prilogu 12.

Traženo se dokazuje tehničkom dokumentacijom proizvoda izdanom od strane proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika i to u formi prospekta, kataloga, brošure, ispisa specifikacija s web stranica, i slično. Iznimno, ako se neke tražene tehničke specifikacije ponuđenog proizvoda ne nalaze u navedenoj tehničkoj dokumentaciji, iste moraju biti dokazane potpisanom Izjavom proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača medicinskog proizvoda u Europskoj uniji. Na Izjavi mora biti naznačeno ime i prezime ovlaštene osobe, funkcija koju ovlaštena osoba obavlja te kontakt podaci ovlaštene osobe proizvođača ili ovlaštenog zastupnika.

- Za stavku tehničke specifikacije pod rednim brojem 9. Naručitelj je propisao „Propuštanje zračenja (engl. 'leakage radiation') u ravnini pacijenta mora zadovoljiti zahtjeve norme IEC 60601-2-1 ili jednakovrijedno.“

Katalogom dostavljenim u Ponudi (str. 26) navodi se propisana norma: IEC 60601-2-1. Međutim, uvidom u Ponudu (str. 15) vidljiva je vlastito izrađena dodatna tablica ponuditelja u kojoj se u stavci tehničke specifikacije pod rednim brojem 9. navodi norma IEC 601-2-1 (sekcija 2) ili jednakovrijedno.

Molimo potvrdu (izjavu) da ponuđeni robotizirani linearni akcelerator CyberKnife S7 Fi+ proizvođača Accuray zadovoljava tehničku specifikaciju pod rednim brojem 9. odnosno da propuštanje zračenja (engl. 'leakage radiation') u ravnini pacijenta zadovoljava zahtjeve norme IEC 60601-2-1.

7. Točkom 5.1. Poziva na dostavu ponuda propisana je dostava opisa robotiziranog linearnog akceleratora kojeg ponuditelj nudi u postupku nabave, a kojim se dokazuje da je ponuđeni

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

akcelerator sukladan opisu iz Poziva na dostavu ponuda i Tehničkih specifikacija za Grupu 1 u Prilogu 12.

Traženo se dokazuje tehničkom dokumentacijom proizvoda izdanom od strane proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika i to u formi prospekta, kataloga, brošure, ispisa specifikacija s web stranica, i slično. Iznimno, ako se neke tražene tehničke specifikacije ponuđenog proizvoda ne nalaze u navedenoj tehničkoj dokumentaciji, iste moraju biti dokazane potpisanom Izjavom proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača medicinskog proizvoda u Europskoj uniji. Na Izjavi mora biti naznačeno ime i prezime ovlaštene osobe, funkcija koju ovlaštena osoba obavlja te kontakt podaci ovlaštene osobe proizvođača ili ovlaštenog zastupnika.

- Za stavku pod rednim brojem 11. Naručitelj je propisao „Mijenjanje širine kolimacije promjenjivog kolimatora mora biti u potpunosti automatizirano.“

Međutim, uvidom u Ponudu (str. 15) vidljiva je vlastito izrađena dodatna tablica ponuditelja u kojoj se u stavci tehničke specifikacije pod rednim brojem 11. ponuditelj referira na str. 32. Ponude. Na navedenoj stranici Ponude nije vidljivo da je mijenjanje širine kolimacije promjenjivog kolimatora u potpunosti automatizirano.

Molimo potvrdu (izjavu) kojom se potvrđuje da ponuđeni robotizirani linearni akcelerator CyberKnife S7 Fl+ proizvođača Accuray zadovoljava tehničku specifikaciju pod rednim brojem 11: Mijenjanje širine kolimacije promjenjivog kolimatora mora biti u potpunosti automatizirano.

8. Točkom 5.1. Poziva na dostavu ponuda propisana je dostava opisa robotiziranog linearnog akceleratora kojeg ponuditelj nudi u postupku nabave, a kojim se dokazuje da je ponuđeni akcelerator sukladan opisu iz Poziva na dostavu ponuda i Tehničkih specifikacija za Grupu 1 u Prilogu 12.

Traženo se dokazuje tehničkom dokumentacijom proizvoda izdanom od strane proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika i to u formi prospekta, kataloga, brošure, ispisa specifikacija s web stranica, i slično. Iznimno, ako se neke tražene tehničke specifikacije ponuđenog proizvoda ne nalaze u navedenoj tehničkoj dokumentaciji, iste moraju biti dokazane potpisanom Izjavom proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača medicinskog proizvoda u Europskoj uniji. Na Izjavi mora biti naznačeno ime i prezime ovlaštene osobe, funkcija koju ovlaštena osoba obavlja te kontakt podaci ovlaštene osobe proizvođača ili ovlaštenog zastupnika.

- Za stavku tehničke specifikacije pod rednim brojem 13. Naručitelj je između ostalog propisao „Propuštanje zračenja (engl. 'leakage radiation') u ravnini pacijenta mora zadovoljiti zahtjeve norme IEC 60601-2-1 ili jednakovrijedno.“

Katalogom dostavljenim u Ponudi (str. 26) navodi se propisana norma: IEC 60601-2-1. Međutim, uvidom u Ponudu (str. 16) vidljiva je vlastito izrađena dodatna tablica ponuditelja u kojoj se u stavci tehničke specifikacije pod rednim brojem 13. navodi norma IEC 601-2-1

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

(sekcija 2) ili jednakovrijedno, te se ponuditelj ujedno za ovaj dio specifikacije referira na str. 32. Ponude.

Molimo potvrdu (izjavu) da ponuđeni robotizirani linearni akcelerator CyberKnife S7 FI+ proizvođača Accuray zadovoljava tehničku specifikaciju pod rednim brojem 13. u dijelu da propuštanje zračenja (engl. 'leakage radiation') u ravni pacijenta zadovoljava zahtjeve norme IEC 60601-2-1.

Ujedno molimo potvrdu da se sukladnost s navedenom normom potvrđuje na str. 26. Ponude, a ne na str. 32. ponude.

9. Točkom 5.1. Poziva na dostavu ponuda propisana je dostava opisa robotiziranog linearnog akceleratora kojeg ponuditelj nudi u postupku nabave, a kojim se dokazuje da je ponuđeni akcelerator sukladan opisu iz Poziva na dostavu ponuda i Tehničkih specifikacija za Grupu 1 u Prilogu 12.

Traženo se dokazuje tehničkom dokumentacijom proizvoda izdanom od strane proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika i to u formi prospekta, kataloga, brošure, ispisa specifikacija s web stranica, i slično. Iznimno, ako se neke tražene tehničke specifikacije ponuđenog proizvoda ne nalaze u navedenoj tehničkoj dokumentaciji, iste moraju biti dokazane potpisanom Izjavom proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača medicinskog proizvoda u Europskoj uniji. Na Izjavi mora biti naznačeno ime i prezime ovlaštene osobe, funkcija koju ovlaštena osoba obavlja te kontakt podaci ovlaštene osobe proizvođača ili ovlaštenog zastupnika.

- Za stavku tehničke specifikacije pod rednim brojem 13. Naručitelj je između ostalog propisao: „Mehanička reproducibilnost: manje od 0,1 mm. Točnost polja zračenja $\leq 0,2$ mm u izocentru.“

Katalogom dostavljenim u Ponudi (str. 32) potvrđuje se navedena tehnička specifikacija. Međutim, uvidom u Ponudu (str. 16) vidljiva je vlastito izrađena dodatna tablica ponuditelja u kojoj se u stavci tehničke specifikacije pod rednim brojem 13. navodi „Mehanička reproducibilnost: manje od 0,1 mm. Točnost polja zračenja $< 0,2$ mm u izocentru.“

Molimo potvrdu (izjavu) da ponuđeni robotizirani linearni akcelerator CyberKnife S7 FI+ proizvođača Accuray zadovoljava tehničku specifikaciju pod rednim brojem 13. u dijelu da je mehanička reproducibilnost: manje od 0,1 mm. Točnost polja zračenja $\leq 0,2$ mm u izocentru.“

10. Točkom 5.1. Poziva na dostavu ponuda propisana je dostava opisa robotiziranog linearnog akceleratora kojeg ponuditelj nudi u postupku nabave, a kojim se dokazuje da je ponuđeni akcelerator sukladan opisu iz Poziva na dostavu ponuda i Tehničkih specifikacija za Grupu 1 u Prilogu 12.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Traženo se dokazuje tehničkom dokumentacijom proizvoda izdanom od strane proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika i to u formi prospekta, kataloga, brošure, ispisa specifikacija s web stranica, i slično. Iznimno, ako se neke tražene tehničke specifikacije ponuđenog proizvoda ne nalaze u navedenoj tehničkoj dokumentaciji, iste moraju biti dokazane potpisanom Izjavom proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača medicinskog proizvoda u Europskoj uniji. Na Izjavi mora biti naznačeno ime i prezime ovlaštene osobe, funkcija koju ovlaštena osoba obavlja te kontakt podaci ovlaštene osobe proizvođača ili ovlaštenog zastupnika.

- Za stavku tehničke specifikacije pod rednim brojem 14. Naručitelj je između ostalog propisao:
 - „Kilovoltni sustav za stereotaksijsko pozicioniranje pacijenta i kontinuirano praćenje pokretne mete za vrijeme terapije.“
 - „Sustav mora biti pogodan za intrakranijalnu radiokirurgiju (SRS – eng. stereotactic radiosurgery; hrv. stereotaktična radiokirurgija) i ekstrakranijalnu radiokirurgiju (SBRT – eng. stereotactic body radiotherapy; hrv. stereotaktična radioterapija tijela).“

Međutim na str. 34, 35. i 36. Ponude (na koje se ponuditelj referira u vlastito izrađenoj tablici) nije vidljivo da je sustav za praćenje i pozicioniranje pacijenta „za stereotaksijsko pozicioniranje pacijenta“. Također nije vidljivo da je sustav pogodan za intrakranijalnu radiokirurgiju (SRS – eng. stereotactic radiosurgery; hrv. stereotaktična radiokirurgija) i ekstrakranijalnu radiokirurgiju (SBRT – eng. stereotactic body radiotherapy; hrv. stereotaktična radioterapija tijela).

Molimo potvrdu (izjavu) kojom se potvrđuje da ponuđeni robotizirani linearni akcelerator CyberKnife S7 FI+ proizvođača Accuray zadovoljava tehničku specifikaciju pod rednim brojem 14 u dijelu:

- Kilovoltni sustav za stereotaksijsko pozicioniranje pacijenta i kontinuirano praćenje pokretne mete za vrijeme terapije.
- Sustav mora biti pogodan za intrakranijalnu radiokirurgiju (SRS – eng. stereotactic radiosurgery; hrv. stereotaktična radiokirurgija) i ekstrakranijalnu radiokirurgiju (SBRT – eng. stereotactic body radiotherapy; hrv. stereotaktična radioterapija tijela).

11. Točkom 5.1. Poziva na dostavu ponuda propisana je dostava opisa robotiziranog linearnog akceleratora kojeg ponuditelj nudi u postupku nabave, a kojim se dokazuje da je ponuđeni akcelerator sukladan opisu iz Poziva na dostavu ponuda i Tehničkih specifikacija za Grup 1 u Prilogu 12.

Traženo se dokazuje tehničkom dokumentacijom proizvoda izdanom od strane proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika i to u formi prospekta, kataloga, brošure, ispisa specifikacija s web stranica, i slično. Iznimno, ako se neke tražene tehničke specifikacije ponuđenog proizvoda ne nalaze u navedenoj tehničkoj dokumentaciji, iste moraju biti dokazane potpisanom Izjavom proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača medicinskog proizvoda u Europskoj uniji. Na Izjavi mora biti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

naznačeno ime i prezime ovlaštene osobe, funkcija koju ovlaštena osoba obavlja te kontakt podaci ovlaštene osobe proizvođača ili ovlaštenog zastupnika.

- Za stavku tehničke specifikacije pod rednim brojem 16. Naručitelj je propisao:
„SUSTAV ZA PLANIRANJE I RADNE STANICE: U kompletu linearnog akceleratora moraju doći dvije (2) radne stanice sa svim potrebnim licencama za izradu radiokirurških planova (SRS – eng. stereotactic radiosurgery; hrv. stereotaktična radiokirurgija i SBRT – eng. stereotactic body radiotherapy; hrv. stereotaktična radioterapija tijela), interaktivnu inverznu optimizaciju, račun doze koji uključuje heterogenost tkiva (Monte Carlo algoritam ili jednakovrijedan) na grafičkom procesoru (GPU), izradu kontura i segmentaciju organa od rizika.
Sustav mora biti moguće povezati s postojećom bolničkom informacijskom infrastrukturom preko gigabitne ili bolje veze.
Sustav mora imati upravljačku konzolu preko koje se može upravljati svim funkcijama ponuđenog robotiziranog linearnog akceleratora.
Sustav mora imati mogućnost pohrane podataka dovoljno velik za sve terapijske podatke za najmanje 5.000 pacijenta.“

Iz kataloga dostavljenog u Ponudi te iz dokumenta „Item technical specification“ su vidljivi/potvrđeni određeni dijelovi tehničke specifikacije pod rednim brojem 16, dok neki dijelovi nisu vidljivi (kao npr. licence za izradu radiokirurških planova, interaktivnu inverznu optimizaciju te korištenje GPU (grafičkog procesora) za račun doze koji uključuje heterogenost tkiva (Monte Carlo algoritam ili jednakovrijedan).

Molimo potvrditi (izjavu) kojom se potvrđuje da ponuđeni robotizirani linearni akcelerator CyberKnife S7 Fi+ proizvođača Accuray u cijelosti zadovoljava tehničku specifikaciju pod rednim brojem 16.

12. Točkom 5.1. Poziva na dostavu ponuda, a vezano za opis robotiziranog linearnog akceleratora kojeg ponuditelj nudi u postupku nabave, između ostalog je propisano da iznimno, ako se neke tražene tehničke specifikacije ponuđenog proizvoda ne nalaze u navedenoj tehničkoj dokumentaciji, iste moraju biti dokazane potpisanom Izjavom proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača medicinskog proizvoda u Europskoj uniji. Na Izjavi mora biti naznačeno ime i prezime ovlaštene osobe, funkcija koju ovlaštena osoba obavlja te kontakt podaci ovlaštene osobe proizvođača ili ovlaštenog zastupnika.

- Uvidom u ponudu (str. 41) utvrđeno je da je za stavke pod brojem 17., 18. i 19. dostavljena izjava od strane samog ponuditelja (Stargen EU s.r.o.). Međutim, iz same izjave nije vidljivo je li Stargen EU s.r.o. kao izdavalac izjave, ovlašten zastupnik proizvođača medicinskog proizvoda u Europskoj uniji (proizvođača Accuray).

Stoga molimo pojašnjenje je li Stargen EU s.r.o. ovlašten zastupnik proizvođača Accuray.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

13. Točkom 9. Poziva na dostavu ponuda propisano je da gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o nabavi u podugovor obavezan je u ponudi: navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio); navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja). Ako je gospodarski subjekt dio ugovora o nabavi dao u podugovor gore navedeni podaci moraju biti navedeni u ugovoru.

- Uvidom u Ponudu (str. 4 i str. 46) utvrđeno je da nije navedena vrijednost podugovora, a kao postotni dio ugovora koji se daje u podugovor navedeno je „<5%“.

Molimo da navedete točnu vrijednost dijela ugovora koji se daje u podugovor (u kunama bez PDV) ili točan iznos postotnog dijela ugovora koji se daje u podugovor.

Prihvat ispravka računske pogreške te pojašnjenje odnosno upotpunjavanje Ponude, potrebno je dostaviti putem elektroničke pošte na adresu: info@temporis.hr sukladno odredbama točke 11.4. Poziva na dostavu ponuda, najkasnije do **10.05.2021.**

S poštovanjem,

Specijalna bolnica za opću kirurgiju i ginekologiju te
radioterapiju, onkologiju i radiologiju
RADIOCHIRURGIA ZAGREB

Specijalna bolnica
RADIOCHIRURGIA ZAGREB
Nedelja
prof. dr. sc. Dragan Schwarz dr. med.

Ravnatelj

Specijalna bolnica za opću kirurgiju i ginekologiju te radioterapiju,
onkologiju i radiologiju RADIOCHIRURGIA ZAGREB
Ulica dr. Franje Tuđmana 4
10431 Sveta Nedelja
Kontakt osoba: Martina Juričić

„Radiochirurgia - Zraka nade“
Grupa 1. Robotizirani linearni akcelerator

Prag 10/5/2021

**Izjava autoriziranog zastupnika proizvođača - Stargen EU s.r.o. – sa sjedištem u Republici Češkoj
(državi članici Europske unije)**

Poštovani,

sukladno primljenome zahtjevu šaljem dolje navedeno pojašnjenje ponude.

1.

Kandidat izjavljuje da PDV iznosi 7.479.197,25 kuna, te da cijena ponude s PDV iznosi 37.395.986,25 kuna.

2.

Kandidat izjavljuje da se dostavljeni katalog za model CyberKnife S7 proizvođača Accuray odnosi na ponuđeni model CyberKnife S7 Fl+ proizvođača Accuray. Ponuđeni model CyberKnife S7 Fl+ proizvođača Accuray zadovoljava sve stavke tehničkih specifikacija navedene u Tehničkim specifikacijama u Prilogu 12. Poziva na dostavu ponuda.

3.

Kandidat dostavlja detaljan tehnički dokument izdan od strane tvrtke Accuray (Prilog br. 1 – Accuray System Sales Agreement – Attachment A) koji je ekvivalentan dokumentu „Item technical specification“ navedenom na strani 18. Ponude.

4.

Kandidat izjavljuje da ponuđeni robotizirani linearni akcelerator CyberKnife S7 Fl+ proizvođača Accuray zadovoljava tehničku specifikaciju pod rednim brojem 1: mogućnost nekoplanarnih i neizocentričnih smjerova terapijskih polja zračenja.

5.

Kandidat izjavljuje da se tehnička specifikacija pod rednim brojem 3. potvrđuje na str. 31. i na str. 32. Ponude.

6.

Kandidat izjavljuje da ponuđeni robotizirani linearni akcelerator CyberKnife S7 Fl+ proizvođača Accuray zadovoljava tehničku specifikaciju pod rednim brojem 9., odnosno da propuštanje zračenja (eng. 'leakage radiation') u ravni pacijenta zadovoljava zahtjeve norme IEC 60601-2-1.

7.

Kandidat izjavljuje da ponuđeni robotizirani linearni akcelerator CyberKnife S7 Fl+ proizvođača Accuray zadovoljava tehničku specifikaciju pod rednim brojem 11: Mijenjanje širine kolimacije promjenjivog kolimatora mora biti u potpunosti automatizirano.

8.

Kandidat izjavljuje da ponuđeni robotizirani linearni akcelerator CyberKnife S7 Fl+ proizvođača Accuray zadovoljava tehničku specifikaciju pod rednim brojem 13. u dijelu da propuštanje zračenja (eng. 'leakage radiation') u ravni pacijenta zadovoljava zahtjeve norme IEC 60601-2-1.

Kandidat izjavljuje da je sukladnost s navedenom normom potvrđena na str. 26. Ponude.

9.

Kandidat izjavljuje da ponuđeni robotizirani linearni akcelerator CyberKnife S7 Fl+ proizvođača Accuray zadovoljava tehničku specifikaciju pod rednim brojem 13. u dijelu da je mehanička reproducibilnost: manje od 0,1 mm. Točnost polja zračenja $\leq 0,2$ mm u izocentru.“

10.

Kandidat izjavljuje da ponuđeni robotizirani linearni akcelerator CyberKnife S7 Fl+ proizvođača Accuray zadovoljava tehničku specifikaciju pod rednim brojem 14. u dijelu:

- Kilovoltni sustav za stereotaksijsko pozicioniranje pacijenta i kontinuirano praćenja pokretne mete za vrijeme terapije.
- Sustav mora biti pogodan za intrakranijalnu radiokirurgiju (SRS - eng. stereotactic radiosurgery; hrv. stereotaktična radiokirurgija) i ekstrakranijalnu radiokirurgiju (SBRT - eng. stereotactic body radiotherapy; hrv. stereotaktična radioterapija tijela).

11.

Kandidat izjavljuje da ponuđeni robotizirani linearni akcelerator CyberKnife S7 Fl+ proizvođača Accuray u cijelosti zadovoljava tehničku specifikaciju pod rednim brojem 16.

12.

Kandidat izjavljuje da je ovlaštenu zastupnik proizvođača Accuray za Republiku Hrvatsku temeljem Distributorskog ugovora od 9. srpnja 2020.

13.

Kandidat navodi točnu vrijednost dijela ugovora koji se daje u podugovor: 454.800 kuna bez PDV.

Unaprijed zahvaljujemo na vašem odgovoru.

Uz pozdrav

Martin Kalos
General Director

Ing.
Martin
Kaloš

Digitálně
podepsal Ing.
Martin Kaloš
Datum:
2021.05.10
11:06:12
+02'00'

Stargen EU s.r.o.
Malesicka 2251/51
130 00 Praha 3
Czech Republic

Tel: +420 225 001 519

Mobile: +420 602 211 609

Fax: +420 225 001 555

E-mail: martin.kalos@stargen-eu.cz

www.stargen-eu.cz

Attachment A
Accuray Base CyberKnife Configuration and Additional Options
A. CyberKnife® S7™ FI+ System
1. Robotic Treatment Delivery System

- 1.1 Image-Guidance System
 - 1.1.1 Diagnostic X-ray sources
 - 1.1.2 Two (2) In-floor amorphous silicon X-ray detectors
- 1.2 1000 MU/minute Linear Accelerator (LINAC)
- 1.3 Robotic Manipulator
- 1.4 Fixed Collimators
 - 1.4.1 Twelve (12) fixed collimators: 5mm - 60mm
- 1.5 Standard Treatment Couch
- 1.6 Treatment Delivery Control Console
- 1.7 Iris™ Variable Aperture Collimator
- 1.8 Xchange® Robotic Collimator Changer


2. Standard Tracking Capabilities & Indication Packages

- 2.1 Fiducial Tracking System
- 2.2 CNS Package
 - 2.2.1 6D Skull Tracking
 - 2.2.2 Xsight® Spine Tracking System
- 2.3 Prostate Package
 - 2.3.1 InTempo™ Adaptive Imaging System
- 2.4 Spine Prone + Lung Package
 - 2.4.1 Xsight® Spine Prone Tracking System
 - 2.4.2 Lung Optimized Treatment
 - 2.4.3 Xsight® Lung Tracking System
 - 2.4.4 Synchrony® Respiratory Tracking System

3. Accuray Precision™ Treatment Planning System Packages

- 3.1 Two (2) Accuray Precision™ Treatment Planning System Workstations (1049210-000)
 - 3.1.1 Multi-modality Imaging and Image Fusion (Rigid)
 - 3.1.2 Deformable Image Registration
 - 3.1.3 Standard (Manual) Contouring Tools
 - 3.1.4 Sequential Optimization
 - 3.1.5 Monte Carlo Dose Calculation
 - 3.1.6 Multiple Session Support
 - 3.1.7 Plan Review and Approval
 - 3.1.8 Plan Comparison and Summation
 - 3.1.9 Plan Transfer Support
- 3.2 Head & Neck AutoSegmentation™ (1050343-000)
- 3.3 Brain AutoSegmentation™ (1050344-000)
- 3.4 Male Pelvis AutoSegmentation™ (1050345-000)

4. IDMS® Data Management Systems

- 4.1 iDMS® Primary Data Server (Note: One is included with the first Accuray Treatment Delivery System at customer site)
- 4.2 Radiosurgery DICOM Interface (OIS Connect™ (104286-000)
- 4.3 Clinical Efficiency Package
 - 4.3.1 Report Administration Application (1050348-000)

[Remainder Intentionally Left Blank]