

**Pojašnjenje / izmjena dokumentacije o nabavi za
Fantomi za radne tečajeve i didaktički radni materijali**

Sukladno točki 1.5 Poziva na dostavu ponuda, zainteresirani ponuditelj je pravovremeno postavio upit odnosno Zahtjev za izmjenom dokumentacije o nabavi, a naručitelj daje odgovor kako slijedi:

R.br.	ZAHTEJ ZA DODATNIM INFORMACIJAMA, OBJAŠNENJEM ILI IZMJENOM DOKUMENTACIJE O NABAVI	ODGOVOR NARUČITELJA NA ZAHTEJ ZA DODATNIM INFORMACIJAMA, OBJAŠNENJEM ILI IZMJENOM DOKUMENTACIJE O NABAVI
1	<p>Molimo promjenu opisa stavaka u Prilogu 2.1, sheet C.STOMATOLOŠKA JEDINICA – točke 3.5. i 3.8. u Grupi 1 Fantomi za radne tečajeve. Traženo podesivo područje brzine za motore instrumenata je između 25 i 40.000 o/min.</p> <p>Molimo promjenu opisa koje glasi: „Podesivo područje brzine za motore instrumenata između 100 i 40.000 o/min. Brzina može pasti ispod donje granice, ali gornja granica ne smije biti prekoračena.“ za obje stavke.</p> <p>Prema našim spoznajama, nijedan svjetski proizvođač nema minimalne brzine mikromotora od 25 o/min pa prema tome pretpostavljamo da se radi o grešci.</p>	<p>Naručitelj prihvaća zahtjev za izmjenom tehničke specifikacije te mijenja Prilog 2.1, sheet C.STOMATOLOŠKA JEDINICA u Grupi 1 Fantomi za radne tečajeve.</p> <p>Točka 3.5 sada glasi: „Podesivo područje brzine za motore instrumenata između 100 i 40.000 o/min. Brzina može pasti ispod donje granice, ali gornja granica ne smije biti prekoračena.“</p> <p>Točka 3.8. sada glasi: „Mikromotor: - Pogodan za sve nasadnike i kolječnike sa sučeljem ISO 3964 - Može se sterilizirati - Bez četkica - Stražnji zaustavni ventil usisavanja - S LED svjetlom - Brzina: 100 - 40.000 o/min“</p>

Naručitelj zajedno sa ovom obavijesti mijenja Prilog 2.1 te ponuditelji prilikom javljanja na Grupu 1 nabave trebaju koristiti „Prilog 2.1 Specifikacija – Grupa 1 – fantomi za radne tečajeve v2.xlsx“. Prethodno objavljena verzija Priloga 2.1 smatra se nevažećom.

Ostala dokumentacija ostaje nepromijenjena.

STRUČNO POVJERENSTVO